

本報告書の全部又は一部の無断  
転載転用を固くお断りします。

KAKEN

No. CK-12-072756-2

## 試験報告書


依頼者 CROSSEED 株式会社 殿  
品名 不織布 1点  
試験項目 バクテリアバリア性(BFE)

平成24年12月10日付けで当所に提出された試料の  
試験結果は、下記のとおりです。

平成24年12月14日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号  
一般財団法人 **カケンテストセンター**  
大阪事業所 生物テストラボ  
Tel (06)-6441-0399 Fax (06)-6441-6803  
(旧 財団法人 日本化学繊維検査協会)



記

### 試験結果

試料	BFE(%)
マスクフィルター	99.5

### 試験方法

バクテリアバリア性: ASTM F2101-07

供試菌: 黄色ぶどう球菌・*Staphylococcus aureus* ATCC 6538

試料

KAKEN KAKEN

以上

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口(ロット)全体の品質を報告するものではありません。  
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。

